

Spett.le  
Consorzio Industriale  
Provinciale Oristanese  
Via Carducci, 21  
09170 Oristano (OR)

Roma, 01.02.2023

**Oggetto: considerazioni in merito alla dicitura “presente” nei Rapporti di prova per i parametri microbiologici sulle acque.**

La dicitura “presente” nei risultati dei parametri microbiologici delle acque: microrganismi a 22 e 37°C, Batteri coliformi, Escherichia coli, Enterococchi, sta ad indicare un numero di colonie rilevate in piastra < 3. Secondo la ISO 8199:2018, una guida generale per la conta dei microrganismi nelle acque, per un numero di unità formanti colonie troppo piccolo (<3) deve essere riportato il risultato come presenza di microrganismi nel volume esaminato.